

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 一般的名称：チューブ用クランプ JMDN コード：43223000
プラスチックチューブ鉗子

【禁忌・禁止】

- ・本品は再使用可能ですが、乾燥工程で乾燥温度の設定機能の無いオートクレープでの滅菌は変形する可能性があります。
- ・本品を改造しないで下さい。*
- ・本品を使用目的以外に使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

プラスチックチューブ鉗子



寸法（全長）** ①130mm ②120mm ③108mm

2. 原材料

ポリプロピレン 70%
ガラス繊維 30%

耐熱温度 134℃

3. 原理

先端部の2つの咬み合い部によって、把持、結合、圧迫又は支持する。

【使用目的又は効果】

本品は、チューブを遮断するための器具である。又、医療施設で使用する汎用のものである。本品は、再使用可能である。

【使用方法等】

1. 本品の把持部でチューブを保持し、リングに挿入した親指と人差し指でロックする。
2. ロックを外すときはリングを上下にずらす。

【使用上の注意】

1. 使用前に本品が洗浄・滅菌されていること、また亀裂や損傷、可動部の異常等がないことを確認すること。*
2. 異常が発見された場合は、使用を中止すること。
3. 過度の力を加えたり、無理な使用はしないこと。
4. 使用後、本品に破損・欠損等の異常がないことを確認すること。
また、付着している血液、体液、組織および薬品等が乾燥・固化しないうちに、できるだけ早く洗浄すること。
5. 洗浄後は滅菌し、次の使用に備えて適切に保管すること。
6. 本品は再使用可能で、オートクレープでの滅菌は耐えられるが、乾燥装置に温度保証のない機器では変形する可能性がある。
7. EOGガス滅菌可能、オートクレープ滅菌（132℃）可能、消毒用アルコールでの消毒は可能。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- (2) 引火性ガスが発生する場所や、熱源近くでの保管は避けて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

松吉医科器械株式会社

住所：〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9

電話：03-5816-8819

製造業者

BASTOS VIEGAS,S.A. (PORTUGAL)