

類別:機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器(クラス I) 一般的名称 鉗子(JMDN コード:10861001)

販売名 舌鉗子

【禁忌・禁止】

- 1, 本製品の【使用目的】以外での使用の禁止
- 2, 本製品の二次加工(曲げ, 切削, 打刻等)の改造の禁止
- 3, 本製品の安全使用の為、【使用上の注意】事項を必ず守り、劣化・異常が見られたときは使用を中止すること。

【形状、構造及び原理等】**

1) 外観形状例



支点部を中心に先端把持部とハンドル部に分かれる。

2) 組成: ステンレス製、真鍮製

【使用目的、効能又は効果】*

口腔内の組織又は舌の治療、手術、気道確保の際、舌を把持し移動や固定、引出に使用される器具。

【品目仕様等(性能・種類)】**

目視による外観検査でキズ、割れ、バリ又は剥がれの無い事
ハンドル部は指環が付く、先端は舌を把持する為幅広い形状

【操作方法、又は使用方法等】*

指環付のハンドル部(柄)を持ち、先端部で舌を把持する。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に変形や傷がないか、器具が正常に作動することを確認の上使用してください。
- (2) 使用前に必ず洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)をしてください。
- (3) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬してください。
- (4) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は腐食の原因になります。できるだけ使用を避けてください。使用中に付着したときには水洗いをしてください。
- (5) 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があります。また、器械の表面を損傷しますので併用しないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

- (1) 貯蔵・保管にあたっては、洗浄した後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥をしてください。直射日光や水濡れに注意し常温、常湿にて保管のこと。
- (2) 滅菌済みのものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐために清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をしてください。

【保守・点検に係る事項】*

- (1) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために消毒をしてください。
- (2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用してください。
- (3) 洗浄装置(超音波洗浄装置、ウオッシャー・ディスインフェクタ等)で洗浄するときには、刃物同士が接触して損傷することがないように注意してください。また、ラチェット部等の可動部分は開放して、汚れが落ちやすいようにバスケット等に収納してください。
- (4) 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをしてください。仕上げすすぎには、浄化水(濾過、蒸留、脱イオン化等)を用いることをお奨めします。
- (5) 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥してください。
- (6) 可動部の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑油を塗布することをお奨めします。
- (7) 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、歯の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をしてください。
- (8) 本製品は未滅菌の為、高圧蒸気滅菌又は EOG 滅菌をおこなって下さい。滅菌方法・条件等は医療機関により、確認され検証された定めに従ってください。必ず備洗浄をし、可動部は開放するなど確実に滅菌できるよう配慮してください。
- (9) 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがありますから、使用しないでください。金属たわし、クレンザー(磨き粉)等を、汚物除去、洗浄時に用いると、器具の表面が損傷しますので、使用しないでください。

【包装】 1個/ 袋

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

<製造販売業者>

有限会社メドドライブ(第3種医療機器製造販売業許可)
埼玉県富士見市勝瀬 873-8
TEL 049-278-7481 FAX 049-278-7482

製造国 パキスタン Pakistan

* 製造元(製造所)の詳細事項については上記の連絡先(製造販売業者)までお問い合わせ下さい。