

類別: 機械器具35 医療用はさみ
一般医療機器(クラス I) 一般的名称 はさみ (JMDN コード: 35325001)

販売名 外科剪刀

【禁忌・禁止】

- 1, 本製品の【使用目的】以外での使用の禁止
- 2, 本製品の二次加工(曲げ, 切削, 打刻等)の改造の禁止
- 3, 本製品の安全使用の為、【使用上の注意】事項を必ず守り、劣化・異常が見られたときは使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】**

1) 外観形状例



回転軸のある 2 枚の刃からなり両方を閉じることにより操作する

2) 組成: ステンレス製

【使用目的, 効能又は効果】*

本品は再使用可能であり、通常手術の際、組織、布、縫合糸等の切断に使用。

【品目仕様等(性能・種類)】**

目視による外観検査にて傷、割れ、バリ又は剥がれの無い事
〈種類〉先端形状は尖型、鈍型さらに直・反型。全長は 14cm から 18cm 程度でネジ止め式(固定)やハズシ式がある。

【操作方法、又は使用方法等】**

回転軸のある 2 枚の刃(通常、ハンドルに親指と他の指用の穴)を切断する材料上で閉じる操作により切断する。

本品は再使用可能である。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に変形や傷がないか、器具が正常に作動することを確認の上使用してください。
- (2) 使用前に必ず洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)をしてください。
- (3) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬してください。
- (4) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は腐食の原因になります。できるだけ使用を避けてください。使用中に付着したときには水洗いをしてください。
- (5) 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があります。また、器械の表面を損傷しますので併用しないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

- (1) 貯蔵・保管にあたっては、洗浄した後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥をしてください。直射日光や水濡れに注意し、常温、常湿にて保管のこと
- (2) 滅菌済みのものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐために清潔な場所に保管するとともに、有効保管

期間の管理をしてください。

【保守・点検に係る事項】**

- (1) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために消毒をしてください。
- (2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用してください。
- (3) 洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクタ等)で洗浄するときには、刃物同士が接触して損傷することがないように注意してください。また、ラチェット部等の可動部分は開放して、汚れが落ちやすいようにバスケット等に収納してください。
- (4) 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをしてください。仕上げすすぎには、浄化水(濾過、蒸留、脱イオン化等)を用いることをお奨めします。
- (5) 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥してください。
- (6) 可動部の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑油を塗布することをお奨めします。
- (7) 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、歯の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をしてください。
- (8) 本品は高圧蒸気滅菌や EOG 滅菌が可能です。滅菌方法、条件等は滅菌機器製造業者の推奨する定め、医療機関によって確認、検証された定めに従ってください。滅菌前は備洗浄、点検をしっかり行って下さい。また、機器細部にまで確実に滅菌できるよう配慮してください。
- (9) 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがありますから、使用しないでください。金属たわし、クレンザー(磨き粉)等を、汚物除去、洗浄時に用いると、器具の表面が損傷しますから、使用しないでください。

【包装】 1個/ 袋

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〈製造販売業者〉

有限会社メドライフ(第 3 種医療機器製造販売業許可)
埼玉県富士見市勝瀬 873-8
TEL 049-278-7481 FAX 049-278-7482

製造国 パキスタン Pakistan

* 製造元(製造所)の詳細事項については上記の連絡先(製造販売業者)までお問い合わせ下さい。