

鉗子

一般医療機器

鉗子

JMDN:10861001

[禁忌・禁止]

本品は再使用可能ですが、乾燥した状態で保管しませんでしたと錆びる可能性があります。

[保守・点検]

乾燥した状態で保管してください。又、高温、多湿の場所を避けてください。錆びる可能性があります。

[有効期間・使用期限]

標準的な使用期間の目安: 3年 (自己認証による)


[包装]

包装単位 1個

[製造販売業者]

製造販売業者名 株式会社 三 恵
住 所 千葉県市原市八幡海岸通1969-33, 34
電 話 番 号 0436-41-1820
F A X 0436-41-1845

[形状・構造等]



本体	ステンレス 全長 14.5cm
----	-----------------

[使用目的]

臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するために用いる手術器具をいう。本品は再使用可能である。

[品目仕様等]

組織及び血管を非外傷性に把持し支持することが出来る。

[使用方法]

把持部で組織及び血管を挟み、ロックすることによって把持する。

[使用上の注意]

本品は再使用可能です。消毒はオートクレーブ、EOGガス滅菌が可能です。
但し、高圧蒸気滅菌にて本品を滅菌した場合、色落ちすることがあります。