

TOSI®洗浄評価インジケータ取り扱い説明書

お買い上げ頂き有り難うございます。
この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

TOSI®洗浄評価インジケータは、ウォッシャーデイスインフェクターの洗浄評価を行なうための評価インジケータです。目視で判定ができるため簡単に評価することができます。洗浄が行ないにくいとされている手術器具のボックスロックを想定して作成されています。ステンレス表面に塗布された**テストソイル**の洗浄結果からウォッシャーデイスインフェクターの使用したプログラムでの問題点や装置の動作不良などを推察することができ、より適切な洗浄ができるよう調整することができます。

1. 使用方法 (裏面参照)

- ① 洗浄用バスケットのメッシュに袋から取り出したインジケータの爪をかけて固定します。固定場所は洗浄が行ない難いとされるスプレーヤーの中心の真下やバスケットの隅に置くことをお勧めします。
- ② 通常の洗浄工程を行い、洗浄結果を「TOSI®スコアシート」と比較して結果を判断してください。
- ③ 結果を基に洗浄工程プログラムや洗剤注入量の見直しを行ってください。
- ④ 定期的インジケータを使つての洗浄評価を行なうことをお勧めします。

2. 仕様

入り数 24個 (12個 / 箱×2箱入り)
寸法 15mm×50mm
透明カバー プラスチック製
擬似血液 牛血精製物
保存方法 室温にて直射日光や湿気を避け、消毒液やその蒸気にあたらないようにして保管してください。

使用期限 製造後1年半

3. 使用上の注意

- ① ご使用時に開封し、開封後は速やかにご使用ください。
- ② 消毒液やその蒸気がかからないようにしてください。
- ③ 温度が上がらない涼しい所に保管してください (2~25℃)。
- ④ 使用期限はパッケージに記載してあります。

TOSI®洗浄評価インジケータ取り扱い説明書

お買い上げ頂き有り難うございます。
この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

TOSI®洗浄評価インジケータは、ウォッシャーデイスインフェクターの洗浄評価を行なうための評価インジケータです。目視で判定ができるため簡単に評価することができます。洗浄が行ないにくいとされている手術器具のボックスロックを想定して作成されています。ステンレス表面に塗布された**テストソイル**の洗浄結果からウォッシャーデイスインフェクターの使用したプログラムでの問題点や装置の動作不良などを推察することができ、より適切な洗浄ができるよう調整することができます。

1. 使用方法 (裏面参照)

- ① 洗浄用バスケットのメッシュに袋から取り出したインジケータの爪をかけて固定します。固定場所は洗浄が行ない難いとされるスプレーヤーの中心の真下やバスケットの隅に置くことをお勧めします。
- ② 通常の洗浄工程を行い、洗浄結果を「TOSI®スコアシート」と比較して結果を判断してください。
- ③ 結果を基に洗浄工程プログラムや洗剤注入量の見直しを行ってください。
- ④ 定期的インジケータを使つての洗浄評価を行なうことをお勧めします。

2. 仕様

入り数 24個 (12個 / 箱×2箱入り)
寸法 15mm×50mm
透明カバー プラスチック製
擬似血液 牛血精製物
保存方法 室温にて直射日光や湿気を避け、消毒液やその蒸気にあたらないようにして保管してください。

使用期限 製造後1年半

3. 使用上の注意

- ① ご使用時に開封し、開封後は速やかにご使用ください。
- ② 消毒液やその蒸気がかからないようにしてください。
- ③ 温度が上がらない涼しい所に保管してください (2~25℃)。
- ④ 使用期限はパッケージに記載してあります。

TOSI®洗浄評価インジケータ取り扱い説明書

お買い上げ頂き有り難うございます。
この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

TOSI®洗浄評価インジケータは、ウォッシャーデイスインフェクターの洗浄評価を行なうための評価インジケータです。目視で判定ができるため簡単に評価することができます。洗浄が行ないにくいとされている手術器具のボックスロックを想定して作成されています。ステンレス表面に塗布された**テストソイル**の洗浄結果からウォッシャーデイスインフェクターの使用したプログラムでの問題点や装置の動作不良などを推察することができ、より適切な洗浄ができるよう調整することができます。

1. 使用方法 (裏面参照)

- ① 洗浄用バスケットのメッシュに袋から取り出したインジケータの爪をかけて固定します。固定場所は洗浄が行ない難いとされるスプレーヤーの中心の真下やバスケットの隅に置くことをお勧めします。
- ② 通常の洗浄工程を行い、洗浄結果を「TOSI®スコアシート」と比較して結果を判断してください。
- ③ 結果を基に洗浄工程プログラムや洗剤注入量の見直しを行ってください。
- ④ 定期的インジケータを使つての洗浄評価を行なうことをお勧めします。

2. 仕様

入り数 24個 (12個 / 箱×2箱入り)
寸法 15mm×50mm
透明カバー プラスチック製
擬似血液 牛血精製物
保存方法 室温にて直射日光や湿気を避け、消毒液やその蒸気にあたらないようにして保管してください。

使用期限 製造後1年半

3. 使用上の注意

- ① ご使用時に開封し、開封後は速やかにご使用ください。
- ② 消毒液やその蒸気がかからないようにしてください。
- ③ 温度が上がらない涼しい所に保管してください (2~25℃)。
- ④ 使用期限はパッケージに記載してあります。

TOSI®洗浄評価インジケータ取り扱い説明書

お買い上げ頂き有り難うございます。
この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

TOSI®洗浄評価インジケータは、ウォッシャーデイスインフェクターの洗浄評価を行なうための評価インジケータです。目視で判定ができるため簡単に評価することができます。洗浄が行ないにくいとされている手術器具のボックスロックを想定して作成されています。ステンレス表面に塗布された**テストソイル**の洗浄結果からウォッシャーデイスインフェクターの使用したプログラムでの問題点や装置の動作不良などを推察することができ、より適切な洗浄ができるよう調整することができます。

1. 使用方法 (裏面参照)

- ① 洗浄用バスケットのメッシュに袋から取り出したインジケータの爪をかけて固定します。固定場所は洗浄が行ない難いとされるスプレーヤーの中心の真下やバスケットの隅に置くことをお勧めします。
- ② 通常の洗浄工程を行い、洗浄結果を「TOSI®スコアシート」と比較して結果を判断してください。
- ③ 結果を基に洗浄工程プログラムや洗剤注入量の見直しを行ってください。
- ④ 定期的インジケータを使つての洗浄評価を行なうことをお勧めします。

2. 仕様

入り数 24個 (12個 / 箱×2箱入り)
寸法 15mm×50mm
透明カバー プラスチック製
擬似血液 牛血精製物
保存方法 室温にて直射日光や湿気を避け、消毒液やその蒸気にあたらないようにして保管してください。

使用期限 製造後1年半

3. 使用上の注意

- ① ご使用時に開封し、開封後は速やかにご使用ください。
- ② 消毒液やその蒸気がかからないようにしてください。
- ③ 温度が上がらない涼しい所に保管してください (2~25℃)。
- ④ 使用期限はパッケージに記載してあります。