

手術用ヘッドバンド（品番 Q605300）の使用方法

- スポンジ部分は使用前は硬い状態です。
- 使用前に、スポンジ部分だけを水で濡らします。ゴムバンドの部分は濡らしません。
- スポンジ部分は吸水すると柔らかくなります。水が垂れてこないように絞ってから装着します。
- スポンジ部分が汗を吸収すると同時に、スポンジに含ませた水分の蒸散作用により、冷却効果があります。