



柴田科学

粒子発生器 マスクフィッティングテスター用 柴田科学 080200-0753

希望小売価格 : ¥18,500(税抜き)

商品説明

- マスクフィッティングテスターのオプション品です。
- 測定環境中の粉じん粒子数が少ない場合、マスク内外の粒子数の比率が小さくなるため、マスクの装着方法が正しくてもマスクフィッティングテスターによる合否判定が不合格となることがあります。
- 「粒子発生器 マスクフィッティングテスター用」は、塩タブレット(品目コード: 080200-0751)を溶かした蒸留水を噴霧することで測定環境中の粒子数を増やし、マスクフィッティングテスターによる合否判定を適切にします。

商品スペック

- カラー : 白
- 製品サイズ : 108×68×83mm
- 装着可能なペットボトル : 500mL
- 電源の種類 : ACアダプター AC100~240V 50/60 Hz
- 個装入数 : 1台
- 付属品 : ボトルベース、ACアダプター、専用袋

メーカー品番	: 080200-0753
JANコード	: 4589988673346
マツヨシコード	: 00223872
業事分類	: 薬機法対象外

※ PDF出力日 2026/05/26

最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。