



医療総合カタログ 2023-2024 P.645

柴田科学

粒子発生器マスクフィッティングテスト マスクフィッティングテスター用オプション 25-6114-08 柴田科学 080200-075 2

希望小売価格 : ¥17,000(税抜き)

商品説明

- 防じんマスクの顔面への密着性(漏れ率)を定量的に測定可能。
- 検出器にはパーティカルカウンタ方式を採用。
- マスク内外の粉じん粒子数をそれぞれ計数・比較し、マスク内への粉じん粒子の漏れ込み度合い(漏れ率)を測定。
- フィットテストモード、フィットチェックモード、トレーニングモードの3つのモードを備え、用途に応じて使い分けが可能。
- 呼気によるチューブ内の結露を軽減するためのドライヤー機能(手動/自動)やチューブの加熱機構を内蔵。
- 試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が可能。
- PCと通信させることで、被測定者情報やマスク情報のデータベース登録、漏れ率などの測定結果の自動記録が可能 ※動作可能OS:Windows 10。
- 付属のミラーでマスクの装着具合を確認しながら漏れ率を測定可能。

商品スペック

- カラー : ホワイト
- 製品サイズ : W143×D70×H145mm
- 個装入数 : 1台

メーカー品番 : 080200-0752
JANコード : 4589988670406
カタログコード : 25-6114-08
マツヨシコード : 00894296
業事分類 : 業機法対象外

※ PDF出力日 2025/12/15
最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。